



ENSAIO DE PROFICIÊNCIA IAC PARA LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE SOLO PARA FINS AGRÍCOLAS

ANO 37

**RELATÓRIO N°4/2020
Amostras 569 a 572**

Outubro de 2020

AVISOS IMPORTANTES

ATENÇÃO: Próximos resultados devem ser submetidos até 15 de novembro.

ANOTE A DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO ANUAL: 23 de fevereiro de 2021

INSTITUTO AGRONÔMICO
Centro de Solos e Recursos Ambientais

Av. Barão de Itapura, 1481
Caixa Postal 28
13020-902 Campinas, SP
Tel. (19) 2137-0750
<http://lab.iac.sp.gov.br>

Quadro 9. Resultados analíticos de metais pesados em EDTA-TEA

Amostra 569

<i>Nº Lab</i>	<i>Cd</i>	<i>Cr</i>	<i>Ni</i>	<i>Pb</i>
----- mg/kg -----				
9	0,00	0,00	0,08	1,60
77	0,02	0,01	0,21	1,96
124	0,01	0,01	0,12	2,08
134	0,02	0,01	0,22	2,16

Amostra 570

<i>Nº Lab</i>	<i>Cd</i>	<i>Cr</i>	<i>Ni</i>	<i>Pb</i>
----- mg/kg -----				
9	0,00	0,00	0,00	0,61
77	0,02	0,02	0,06	0,78
124	0,01	0,01	0,06	0,94
134	0,00	0,00	0,00	0,00

Amostra 571

<i>Nº Lab</i>	<i>Cd</i>	<i>Cr</i>	<i>Ni</i>	<i>Pb</i>
----- mg/kg -----				
9	0,00	0,00	0,00	0,80
77	0,02	0,01	0,14	0,74
124	0,01	0,02	0,06	0,96
134	0,02	0,02	0,08	0,72

Amostra 572

<i>Nº Lab</i>	<i>Cd</i>	<i>Cr</i>	<i>Ni</i>	<i>Pb</i>
----- mg/kg -----				
9	0,00	0,00	0,20	0,99
77	0,04	0,02	0,20	1,40
124	0,02	0,01	0,30	1,54
134	0,04	0,02	0,29	1,26

LCA - Laboratórios com asteriscos; *TA* - Total de asteriscos e *TL* - Total de laboratórios com resultados